



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
AVENIDA JOSÉ JOÃO MURARO, 1208 – JD BANDEIRANTE
FONE: 3196-3080
Toledo – Paraná

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PODOLOGIA
LEI Nº13.331/2001 E Decreto nº 5.711/2002 RESOLUÇÃO SESA Nº204/2009

RAZÃO SOCIAL:	DATA:
ATIVIDADE:	
ENDEREÇO:	
1 - ADMINISTRAÇÃO	
Possuir cadastro dos clientes contemplando: nome, idade, sexo, endereço, telefone, data do atendimento, lote utilizado e assinatura de quem o realizou	
2- DOS PROCEDIMENTOS	
Realizar antissepsia da pele com produto registrado no MS	
Todas as soluções são identificadas com nome do produto, lote e dentro do prazo de validade, registro MS	
Realizar higienização das mãos antes e após cada procedimento e desinfecção do mobiliário	
3- RESÍDUOS	
Resíduos infectantes e perfuro-cortantes são acondicionados em recipientes rígidos, estanques e vedados	
Possuir contrato com empresa autorizada para coleta de resíduos	
Possuir lixeira com tampa e pedal para o descarte de luvas, algodão, gaze, etc.	
4- ESTRUTURA FÍSICA	
Ambiente claro, limpo e ventilado.	
Os ambientes possuem piso, parede e mobiliários revestidos de material liso, íntegro, lavável e impermeável.	
Inexistência de vínculo do estabelecimento com residência.	
As áreas entre recepção/espera e sala/área de procedimentos possuem barreira física.	
A área/sala de procedimento dotada de lavatório, com água corrente potável, exclusivo para higienização das mãos.	
Presença de sabão líquido , antisséptico, papel toalha, lixeira sem tampa ou lixeira com tampa de acionamento por pedal.	
CME dotado com pia para a limpeza dos materiais em local exclusivo ou na área de procedimentos desde que sejam estabelecidas barreiras técnicas.	
DML/sanitário dotado de tanque/ponto de água respectivamente para a higienização de panos de limpeza.	
Instalação sanitária dotada de: lavatório, lixeira com tampa e pedal, papel toalha descartável e sabonete líquido.	
5- SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	
O podólogo está imunizado contra Hepatite B. (Recomendável)	
Utilizar luvas de borracha para limpeza do material.	
O podólogo utiliza EPI's: luvas descartáveis, máscara descartável, avental, sapatos fechados	
OBS. Orientar o profissional quanto aos riscos ergonômicos	

6- ESTERILIZAÇÃO

Possuir Autoclave

Registro que comprove a manutenção preventiva e corretiva da autoclave

Invólucros indicados pelo MS, íntegros e identificados com lote, data de esterilização, prazo de validade e indicador químico

Os materiais esterilizados estão acondicionados e armazenados de forma a assegurar a manutenção da esterilização.

Monitoramento biológico, anexado ao registro da esterilização.

Monitoramento químico (multiparamétrico mínimo classe IV) a cada lote e anexado ao registro da esterilização.

Registra todas as cargas de esterilização, contendo lote, data, quantidade de Kits, hora de início e término, temperatura e assinatura do responsável.

OBS: